Medi-Test Urine Analysis

德國原裝進口　精密尿液分析儀

型號 Uryxxon-Relax

搭配Medi-Test Uryxxon-Stick10

尿液檢測紙 USFDA 認證合格

NO. K991927

衛署醫器輸字 018992號

多達10種檢測項目如下：

尿糖/酮體/尿蛋白/酸鹼值
潛血/亞硝酸鹽/膽紅素/
尿膽素原/比重/白血球

檢測項目	各項病變
蛋白質	腎臟 尿道疾病
潛血（血尿）	
亞硝酸鹽	
白血球	
密度比重	
酸鹼值	
葡萄糖	糖尿病 新陳代謝
維他命C	
酮體	
膽紅素	肝膽疾病
尿膽素原	

檢測速度:一小時可檢驗50人次常規尿液檢測與列印

檢測項目:10項檢查項目順序可依需要編排列印結果

使用FDA認證合格:Medi-Test Uryxxon-Stick10尿液檢測試紙

採用螢幕觸碰功能(Touch Screen)乾淨無污染

資料輸入:可直接儀器螢幕上觸碰輸入ID(如A1234567890)

亦可選購外接光學掃描器或電腦鍵盤

Non-touch免接觸操作:只需置入試紙，儀器自動操作完成

自動記錄近200組測定值可隨時閱讀日期，時間，ID

儀器重量:710g

儀器尺寸:20*16*7.5cm(D*W*H)

認證: CE Certificate ISO13485

USFDA Approved no.K991927

整套含:儀器、電源供應線、印表紙、操作說明

耗件:德國優質Uryxxon Stick10試片高度精確，利於診斷

整套驚喜價實施中!

MN MACHEREY-NAGEL

濾紙・離子試紙・尿液試紙・pH試紙

Uryxxon Relax 尿液分析儀 簡易說明

開機

◆ 裝妥電源接頭 115V 或 6 個 AA1.5V 鹼性電池.然後開機.(可自備 UPS 不斷電裝置)

◆ 按儀器後方按鈕開機

當開機時，儀器自動自我偵測，完成後印出 Selftest OK. 然後螢幕出現 SN:(序號). ID:(如需要可觸按鍵入受測者 ID) P:(觸按可暫時待機.螢幕休息但微現 URYXXON Relax,要再操作時手輕觸螢幕即可開機開始操作)。

關機 當操作完畢觸按 P 待機狀態時，按儀器後方按鈕開機，儀器則關掉電源。

◆ 右下方的:▾ :可進入記憶讀取(Memory),校對(Check),功能設定(Settings)。

簡速試紙測定

◆ 開機，儀器自動偵測完成 OK。

◆ 將試紙浸濕尿液約一秒取出，並括除過多的尿液及面紙吸除多餘尿液(如圖)。

◆ 然後將試紙條正面朝上放入試紙承載夾中，試紙前端需接觸盡頭。

◆ 儀器會自動偵測計時等 30 秒，自動將試紙承載夾推入儀器開始判讀，完成會“嗶”聲(abnormal 項目,會印出 *記號於前端)，自動印出一份結果，如需增印，按印表機圖鈕可印出第二份結果值。

◆ 判讀完成同時，試紙承載夾會自動退出儀器。

◆ 將試紙取掉，完成測定。(注意：未退卡前勿將試紙承載夾強迫拉出,以免損壞。)

◆ 輕觸 可立即接著下一個測試。也可觸按 P，讓螢幕休息爲待機狀態，當要再操作時手輕觸螢幕即可開機開始操作。

◆ 接著下一個測試，將浸濕尿液放入試紙承載夾再次測定……..。

◆ 讀取記憶:開機主畫面時.按右下▼鍵.按 Memory. 讀取 List 以←或→可讀出或選列印….按 ✕ 回到主畫面。

印表紙更換:熱感紙卷裝入時，按下方型按鈕彈跳紙卷蓋後裝入新紙卷。

電源 :9V DC(或 6 個 AA 1.5v 鹼性電池) 。

(如於固定位置使用.可自備 UPS 不斷電裝置,)

整套含: 儀器、電源供應線、印表紙、操作說明。

耗件: 德國優質 Uryxxon Stick10 試片，高精確度，利於診斷。

(衛署醫器輸字 018992 號)

代理商：吉歐實業有限公司 醫材部

Tel：(02) 2562-1534 Fax：(02) 2531-8597

www.geonet.com.tw geotechj@seed.net.tw

vl..01900601-6 德國 MN 進口